

# 验收意见

茂名市华佳达供热有限公司于2024年7月10日组织废气排放口颗粒物在线监控设备更换进行验收，在线自动监控设备：颗粒物分析仪（型号：TL-PMM180型，编号：18030230419164）。

经审核设备技术文档、技术检测评估报告跟验收检测报告，形成结论：该单位颗粒物分析仪在线监测设备建设符合国家规范，比对检测合格，数据上报联网稳定，设备验收合格。

该单位严格按照《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）和《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（环境保护部令第19号）的要求，规范管理在线监控系统，保证设备正常稳定运行，保证数据上传的真实性，完善设备运行管理制度并做好管理记录，积极配合例行检查和比对监测工作，停机维护要向监控中心报备。

经办单位：茂名市长天思源环保科技有限公司

日期：2024年7月10日

审批单位：茂名市华佳达供热有限公司

日期：2024年7月10日

