



中华人民共和国 制造计量器具许可证



沪制 01120009号

生产地址：上海市闵行区虹梅南路 2638 弄 139 号

提 示

已取得制造计量器具许可证的单位，在许可证
有效期满前三个月，应向原发证的计量行政部门申请
复查换证。

上海世禄仪器有限公司

根据《中华人民共和国计量法》的规定，对你单位制
造下列计量器具的生产条件、产品质量和计量法制管理考
核合格，特发此证。


序号	计量器具名称	型号	规格	准确度
1	化学需氧量在线自动监测仪	型号：CODmax II	测量范围：(10~5000)mg/L	示值误差：±10%
2	化学需氧量在线自动监测仪	型号：CODmax plus sc	测量范围：(10~5000)mg/L	示值误差：±8%
以下空白				

发证单位 (盖章)

发证日期：2017年 05月 16日

有效日期：2020年 05月 15日止





中华人民共和国

计量器具型式批准证书

上海世禄仪器有限公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2018C206-31

批准人：

陆敏

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

计量器具名称：氨氮自动监测仪
 计量器具代码：46362000
 型号：NA8000.01
 仪器类型：A类、B类
 测量范围：(0.02~15) mg/L、(0.05~30) mg/L
 (7.5~100) mg/L
 示值误差： ≤ 2.0 mg/L: ± 0.2 mg/L
 > 2.0 mg/L: $\pm 10\%$
 重复性： $\leq 3\%$
 稳定性：24h内不超过 $\pm 10\%$
 型号：NA8000.02
 仪器类型：A类、B类
 测量范围：(0.02~15) mg/L、(0.05~30) mg/L、
 (7.5~100) mg/L、(80~1000) mg/L
 示值误差： ≤ 2.0 mg/L: ± 0.2 mg/L
 > 2.0 mg/L: $\pm 10\%$
 重复性： $\leq 3\%$
 稳定性：24h内不超过 $\pm 10\%$
 -----以下空白-----

发证日期：2018年07月15日

发证机关（盖章）：

