



202119115737

检测报告

报告编号: DXJC202407W0829

项目名称: 在线比对检测

委托单位: 信宜市妇幼保健院

受检单位: 信宜市妇幼保健院

检测类别: 验收比对检测

报告编辑:

报告审核:

报告签发:

签发日期:

陈 康 强



2024.7.19

茂名市鼎新检测技术有限公司

检测报告说明



- 1、本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
- 2、本报告未盖本公司“CMA 章”、“检验检测专用章”、“骑缝章”无效。
- 3、复制本报告未重新加盖本公司“CMA 章”、“检验检测专用章”、“骑缝章”无效，报告部分复制无效。
- 4、本报告无编制人、审核人、签字人签字无效。
- 5、本报告经涂改无效。
- 6、本报告只对来样或自采样品瞬时值分析结果负责。
- 7、本报告未经本公司同意不得用于广告、商业宣传等行为。
- 8、对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。

机构通讯资料:

茂名市鼎新检测技术有限公司

地址: 茂名市茂南开发区工业大道东路 2 号大院

邮政编码: 525000

电话: 0668-2888652

茂名市鼎新检测技术有限公司

1.检测内容

茂名市鼎新检测技术有限公司于2024年7月27日对信宜市妇幼保健院安装在生产废水排放口的在线监测设备进行水质流量在线监测比对验收检测。

2.设备概况

设备概况: 见表1。

表1 在线仪器设备概况

检测项目	方法	堰槽型号	仪器名称	仪器型号	仪器编号	液位精度 (mm)
流量	HJ 354-2019	巴歇尔槽	明渠超声波流量计	G2-MQ-101-C4	/	0.1
			便携式明渠流量计	TW-9600	DXYQ-111	0.1

3.依据

- JJG711-1990 《明渠堰槽流量计》
- HJ15-2019 《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》
- HJ353-2019 《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等) 安装技术规范》
- HJ354-2019 《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等) 验收技术规范》
- HJ355-2019 《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等) 运行技术规范》

4.工况

验收比对监测期间, 该公司生产设备运作正常, 工况稳定。

5.比对指标

水样比对试验总数应不少于3对 (流量水质自动分析仪样品数量为1), 其中2对实际水样及标准样品应满足表2的要求。

表2 水污染源在线监测仪器运行技术指标

仪器类型	技术指标要求	指标限值
流量	液位比对误差	12 mm
	流量比对误差	±10%

6.检测结果

流量比对监测结果表①

排污企业名称	信宜市妇幼保健院	在线监测日期	2024.07.27
测点名称	信宜市妇幼保健院生产废水排放口	测试项目	流量
样品类型	废水	在线仪器测量范围	0~2（m）

液位比对测定

测试时间	便携监测液位 (mm)	在线监测液位 (mm)	液位比对误差 (mm)	技术指标 (mm)	结果评定
13:52	132.3	135.6	8.0	12	合格
13:54	132.1	136.1			
13:56	132.1	137.2			
13:58	132.0	140.0			
14:00	132.0	137.9			
14:02	132.2	139.5			

流量比对测定

测试时间	便携监测流量 (m³)	在线监测流量 (m³)	流量比对误差 (%)	技术指标 (%)	结果评定
13:50-14:00	3.143	3.331	-5.98	±10	合格

说明：在线仪器测定值由委托方提供。

7.结论

信宜市妇幼保健院安装在生产废水排放口在线监测设备，通过明渠超声波流量计（型号：G2-MQ-101-C4）与便携式流量计 TW-9600 的现场比对，其液位及流量结果均符合技术指标要求，达到验收标准。

（本页以下空白）

茂名市鼎新检测技术有限公司

附件一:

采样及现场检测人员	聂志庆、马明炜、聂梅庆
-----------	-------------

附件二: 采样及分析人员上岗证

	聂志庆同志经环境监测现场采样人员采样技术培训班(第十二期)考试合格,通过以下专业项目: 1、水和废水(不含海水)的采样及现场检测; 2、空气和废气的采样及现场检测; 3、固废和土壤、底泥中采样及现场检测; 4、噪声项目检测及振动项目检测。
姓 名: 聂志庆	
工作单位: 茂名市鼎新检测技术有限公司	
编 号: 粤环采样 2022029	
	发证日期: 2022年 3 月 22 日 有效日期: 2025年 3 月 22 日

	马明炜同志经环境监测现场采样人员采样技术培训班(第十二期)考试合格,通过以下专业项目: 1、水和废水(不含海水)的采样及现场检测; 2、空气和废气的采样及现场检测; 3、固废和土壤、底泥中采样及现场检测; 4、噪声项目检测及振动项目检测。
姓 名: 马明炜	
工作单位: 茂名市鼎新检测技术有限公司	
编 号: 粤环采样 2022078	
	发证日期: 2022年 3 月 29 日 有效日期: 2025年 3 月 28 日

茂名市鼎新检测技术有限公司

茂名市鼎新检测技术有限公司

上岗证



证号: JCSG050
姓名: 聂梅庆
性别: 男

发证单位: 茂名市鼎新检测技术有限公司

采样人员持证上岗
项目表

姓名	聂梅庆	证号	JCSG050
考核合格项目:			
1. 水和废水(含地表水、地下水、生活饮用水、海水等)的采样及现场检测;			
2. 空气和废气的采样及现场检测;			
3. 固废和土壤、底质中采样及现场检测;			
4. 噪声项目检测及振动项目检测;			
5. 应急监测技术			
(考核单位盖章)			
发证日期: 2023年11月17日			
有效日期: 2026年11月16日			