

自动监控管理制度

一、基站站房内由专人负责管理，外来人员未经许可不得随意出入。

二、任何人不得在基站内从事与运行维护工作无关的活动。

三、严禁在监测房内吸烟、饮食，严禁携带易燃、易爆物品进入基站站房。

四、运行维护人员应严格按照操作规程进行维护，保持室内卫生及监测仪器清洁，设备布线排列整齐。

五、除运行维护人员及专业技术人员外，其他人员不得随意操作检测设备。

六、运行维护人员须按照相关技术规范和要求对监测仪器、仪表进行巡检，保证设备处于良好的工作状态。

七、运行维护人员及基站站房管理人员须严守机密，未经批准不得将工作记录或其他保密资料带出监测房。

八、维护工作结束后，运行维护人员应认真检查基站门窗及消防器材，确保基站安全。

重点污染自动监测基站操作规程

一、设备日常检查维护。按照设备说明书中相关规定进行。

二、在设备工作过程中，严禁随意搬动、挪动或震动机器系统，以免损坏机器。在更换机柜的部件时，需要注意各处机柜间的管路接头，避免造成松动、脱落，影响各设备的正常运行。

三、杜绝在带电的情况下插、拔设备（PLC、工控机、分析仪等）的通讯端口。如更换设备的硬件端口，则软件也要重新设置端口，保持通讯正常。

四、在设备重新通电时要严格遵守设备的加电顺序：首先打开电源分配箱的总电源，其次是机柜总电源，再依次打开工控机，分析仪，PLC等各个设备的电源开关（机柜中的各阀开关），最后打开控机后面的电源开关。要暂停设备时，关电顺序则相反。

五、分析仪器的药品更换和标定校准。按照设备说明书的相关操作规定、步骤、顺序进行药品的更换和仪器的校准。

六、不得随意删除工控机机上的系统文件、驱动程序、应用软件等；不得随意在工控机上安装与系统文件无关的内容。严禁擅自设置各种密码，影响他人使用。

自动监控管理制度

一、基站站房内由专人负责管理，外来人员未经许可不得随意出入。

二、任何人不得在基站内从事与运行维护工作无关的活动。

三、严禁在监测房内吸烟、饮食，严禁携带易燃、易爆物品进入基站站房。

四、运行维护人员应严格按照操作规程进行维护，保持室内卫生及监测仪器清洁，设备布线排列整齐。

五、除运行维护人员及专业技术人员外，其他人员不得随意操作检测设备。

六、运行维护人员须按照相关技术规范和要求对监测仪器、仪表进行巡检，保证设备处于良好的工作状态。

七、运行维护人员及基站站房管理人员须严守机密，未经批准不得将工作记录或其他保密资料带出监测房。

八、维护工作结束后，运行维护人员应认真检查基站门窗及消防器材，确保基站安全。